

Bình Xuyên, ngày 04 tháng 7 năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua ghế nha khoa** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược-VT, TTB-KSNK  
SĐT: 02113899438
- Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Cơ sở 1, Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Gửi qua văn thư – Phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên để xác nhận ngày báo giá đến).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong giờ hành chính từ ngày thư mời này được đăng tải trên trang web của Trung tâm đến trước 17h00 ngày 17 tháng 7 năm 2023 nhưng không dưới 10 ngày kể từ ngày đăng tải.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Ghế nha khoa	Mô tả cụ thể trong Bảng mô tả đính kèm theo (Phụ lục kèm theo)	1	Chiếc
<b>Tổng:</b>	<b>01</b>			

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển đến lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành ... tại phòng khám răng Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên.



3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng: Không; Thanh toán: trọn gói 100% sau khi lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu ... và hoàn thành các điều khoản trong hợp đồng và có đầy đủ hồ sơ thanh toán.


5. Các thông tin khác.

*Đính kèm theo Bảng mô tả cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CNTT (đăng tải);
- BGĐ, Dược, TCKT.
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tuấn Minh**





**Phụ lục: Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật tối thiểu của Ghế nha khoa.**

(Kèm theo thư mời báo giá ngày 04 tháng 7 năm 2023 của TTYT huyện Bình Xuyên)

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật tối thiểu (Yêu cầu cao hơn hoặc bằng cho cùng mục đích sử dụng, tính năng kỹ thuật...)	ĐVT	Số lượng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Giấy phép lưu hành	Đơn giá	Thành tiền
1	Ghế nha khoa	<p><b>I. Cấu hình tối thiểu bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bồn nhỏ bằng sứ, có thể xoay linh động</li> <li>- Tự động xả nước &amp; cấp nước</li> <li>- Hệ thống điều khiển với <math>\geq 3</math> bộ nhớ</li> <li>- Ghế bệnh nhân</li> <li>- Ghế bác sĩ</li> <li>- Đèn chiếu cảm biến, bóng Led</li> <li>- Đầu phun nước bọt có lực hút cao/thấp</li> <li>- Mâm dụng cụ có phanh khí</li> <li>- Đầu nối tay khoan chậm tốc</li> <li>- Đầu nối tay khoan nhanh siêu tốc</li> <li>- Bình chứa nước <math>\geq 1L</math></li> <li>- Bộ điều khiển chân đầy đủ chức năng</li> </ul> <p><b>II. Thông số kỹ thuật:</b>                      Điện áp: AC: 220V - 250V, 50/60Hz                      Kích thước ghế nha (D*R*C): 1880*1020*1920mm                      Tải trọng tối đa: <math>\geq 137kg</math>                      Áp suất không khí: <math>\leq 0,55Mpa - \geq 0,6Mpa</math>                      Áp lực nước: <math>\leq 0,2Mpa - \geq 0,4Mpa</math>                      Tay khoan tốc độ cao <math>\geq 30000r/min</math> (4 lỗ)                      Tay khoan tốc độ thấp <math>\geq 20000r/min</math> (4 lỗ)</p> <p><b>III. Yêu cầu khác</b>                      Bảo hành <math>\geq 12</math> tháng.                      CQ, CQ và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.</p>	Chiếc	01					
	Tổng:				Đơn vị báo giá ghi đầy đủ thông tin vào các cột này.				
<p>Giá báo giá đã bao gồm thuế, phí, chi phí vận chuyển – bàn giao, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa ... tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên.</p>									